



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

.....
จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับ
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ๑.๑ เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๒ เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๑.๓ ตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต (๒ ประตู) จำนวน ๑๗ เครื่อง
- ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของสอบราคาซื้อดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับจังหวัด
- ๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดการยื่นของสอบราคา

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันราชการ
ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียด

ผู้สนใจติดต่อขอรับซองเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ http://mkho.moph.go.th/hosp_11057/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (๐๔๓)๗๔๑๕๗๔ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายธีรพล ชลเดช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์

๑. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับซักสัลดผ้าของโรงพยาบาล
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นเครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติและเลือกการทำงานแบบ Manual ได้
 - ๒.๒ สามารถซักสัลดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ปอนด์ หรือ ๘๐ กิโลกรัม
 - ๒.๓ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ ๓ เฟส
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๓.๑ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์
 - ๓.๒ มีไฟ LED เรืองแสงแสดงการทำงานที่ปุ่มกด สำหรับแสดงสถานะการทำงานในแต่ละขั้นตอน เช่นเติมน้ำ ชัก ปั่นแห้ง เป็นต้น
 - ๓.๓ ถังหรือมีบรรจุผ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความลึกไม่น้อยกว่า ๘๕๐ มิลลิเมตร ทำด้วย Stainless steel
 - ๓.๔ มีโปรแกรมการซักผ้าไม่น้อยกว่า ๒๕ โปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้
 - ๓.๕ มีใช้คอปด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ใช้คอปด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ใช้คอปมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐ มิลลิเมตร และมีสปริงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว สปริงมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๐ มิลลิเมตร สำหรับลดแรงสั่นสะเทือน
 - ๓.๖ มีระบบความปลอดภัยแบบOver-shock switch สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องผิดปกติ
 - ๓.๗ มีระบบ Inverter สำหรับควบคุมมอเตอร์ พร้อมมีหน้าจอ LED ชนิดไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง แสดงข้อมูล และควบคุมการทำงานโดยการกดสัมผัสและปุ่มกดปรับค่าแบบหมุน
 - ๓.๘ สามารถปรับอุณหภูมิ เวลาในการซักได้
 - ๓.๙ มีจอแสดงข้อมูลแบบ LCD สำหรับแสดงข้อมูลการซัก
 - ๓.๑๐ มีมอเตอร์ (Motor Power) ในการใช้งานมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ กิโลวัตต์
 - ๓.๑๑ ขณะใช้งานเครื่องไม่สามารถเปิดประตูออกได้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีระบบล๊อคประตูควบคุมโดยระบบแรงลม
 - ๓.๑๒ มีความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า ๓๑ รอบต่อนาที
 - ๓.๑๓ ความเร็วรอบในการสัลดผ้าไม่น้อยกว่า ๖๘๐ รอบต่อนาที
 - ๓.๑๔ ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วย Stainless steel
 - ๓.๑๕ มีช่องใส่สารเคมีซักฟอก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรพล ชลเดช) (นายบุญจง เจริญสุข) (นายพิทักษ์ સાக்க)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี


๔.๒ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานยุโรป (CE) หรือ อเมริกา


กรณีผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก มอก.

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๔.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายธีรพล ชลเดช)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายบุญธง เจริญสุข)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายพิทักษ์ સાக்க)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์

๑. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับอบแห้งผ้าของโรงพยาบาล
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นเครื่องอบผ้าแบบใช้ไฟฟ้า เป็นตู้สี่เหลี่ยมตั้งพื้น
 - ๒.๒ สามารถอบผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์
 - ๒.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๓.๑ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
 - ๓.๒ ถังหรือที่บรรจุผ้าทำจาก Stainlees steel มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๕๐ มิลลิเมตร
 - ๓.๓ ใช้กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์
 - ๓.๔ ใช้พัดลมขนาด ๒.๒ กิโลวัตต์สำหรับใช้งาน
 - ๓.๕ ความเร็วในการใช้งาน ๓๐ รอบต่อนาที
 - ๓.๖ มีปุ่มกดปรับหมุนเลื่อนเลือกตัวเลข ๐๐๐-๙๙๙ สำหรับตั้งอุณหภูมิใช้งาน
 - ๓.๗ มีสวิตช์หมุนตั้งเวลาได้ตั้งแต่ ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐ นาที
 - ๓.๘ ใช้ขดลวดทำความร้อนขนาด ๓๙ กิโลวัตต์ (KW)
 - ๓.๙ มีหลอดไฟสำหรับแสดงสถานะการทำงาน
 - ๓.๑๐ มีมาตรวัดอุณหภูมิเป็นแบบเข็มสำหรับแสดงอุณหภูมิในการใช้งาน
 - ๓.๑๑ มีสัญญาณเตือนเมื่อจบการทำงาน
๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองสำเนา การเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตสำหรับการให้บริการหลังการขาย
 - ๔.๒ ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
 - ๔.๓ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๔.๔ ติดตั้งเครื่องพร้อมสาธิตการใช้งานต่อเจ้าหน้าที่
 - ๔.๕ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ๒ ชุด
 - ๔.๖ ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานยุโรป (CE) หรืออเมริกา กรณีผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก มอก.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรพล ชลเดช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัคภูมิพิสัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุญธง เจริญสุข) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต (๒ ประตู)

๑. ความต้องการ ตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต (๒ ประตู)
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า ๙ คิวบิกฟุต (๒ ประตู)
 - ๒.๒ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙ คิวบิกฟุต (๒ ประตู) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - ๒.๓ การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายธีรพล ชลเดช)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายบุญธง เจริญสุข)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายพิทักษ์ સાக்க)