

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซื้อเตียงเข็นผู้ป่วยในรพพยาบาลพร้อมติดตั้ง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.-บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท... ราคา/ จำนวน ๑ ชุด ราคาต่อหน่วย ๘๕,๐๐๐.-บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บริษัทอัมรินทร์ เมติคอล จำกัด

ราคาต่อหน่วย ๘๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ บริษัท สุพรีมโปรดักส์ จำกัด

ราคาต่อหน่วย ๘๕,๐๐๐.-บาท

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินกรชัยพลายแอนด์เซอร์วิส

ราคาต่อหน่วย ๘๕,๐๐๐.-บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสมพิศ เจริญสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

๕.๒นางอภิญา พลอชา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๕.๓ นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสมพิศ เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอภิญา พลอชา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพพยาบาลพร้อมติดตั้ง

๑. ความต้องการ รถเข็นคนเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยสำหรับรพพยาบาล
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน รถเข็นผู้ป่วยแบบพับเก็บได้อัตโนมัติ เพื่อใช้กับรพพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนย้ายได้สะดวก
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นรถเข็นผู้ป่วยโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน
 - ๓.๒ ตัวรถมีขนาดไม่น้อยกว่า เมื่อกางออกใช้งาน ๑๙๖x๕๕x๘๖ (ยาวxกว้างxสูง) เซนติเมตร
 - ๓.๓ เมื่อพับมีขนาดไม่เกินกว่า ๑๙๖x๕๕x๒๕ (ยาวxกว้างxสูง) เซนติเมตร
 - ๓.๔ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
 - ๓.๕ มีน้ำหนักไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ ตัวเฟรมภายนอก และโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบาไม่เป็นสนิม
 - ๔.๒ มีล้อรับน้ำหนักด้านล่าง ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว พร้อมระบบเบรก โดย ๒ ล้อหมุนรอบด้านอิสระง่ายต่อการเข็นและเลี้ยวโค้ง
 - ๔.๓ พนักพิงหลังผู้ป่วย (Backrest) ปรับได้ตั้งแต่ ๐-๘๕ องศา โดยใช้โซ้คแก๊สตามต้องการ
 - ๔.๔ มีล้อด้านหน้า ๒ ล้อ ขนาด ๓.๕ นิ้ว เพื่อสะดวกต่อการเข็นขึ้นรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
 - ๔.๕ มีราวกันผู้บาดเจ็บช่วยพยุงป้องกันผู้ป่วยตกจากรถ สามารถพับเก็บขึ้นลง
 - ๔.๖ พื้นเตียงและพนักพิงหลังแยกเป็น ๔ ตอน ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและแข็งแรง สามารถนวดหัวใจผู้ป่วยบนเตียงได้
 - ๔.๗ เบาะหุ้มด้วยหนัง PVC หุ้มทับด้วยฟองน้ำขนาดหนา ๒ นิ้ว แบ่งเป็นช่วง รวม ๔ ตอน
 - ๔.๘ ตัวเตียงสามารถปรับเป็นที่นั่ง และท่านอนสำหรับนำเตียงขึ้นรถพยาบาลได้
 - ๔.๙ มีเบาะหุ้มด้วยหนังเทียมเข้ากับตัวรถ ถอดออกได้
 - ๔.๑๐ มีเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑ ต้น สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้
 - ๔.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสมพิศ เจริญสุข)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอภิญญา พลอาษา)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องส่งตรวจหู /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๐๐.-บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๙,๕๐๐.-บาท... ราคา/ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๙,๕๐๐.-บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บริษัทอัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด

ราคาต่อหน่วย ๙,๕๐๐.-บาท

๔.๒ บริษัทเอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

ราคาต่อหน่วย ๑๓,๐๐๐.-บาท

๔.๓ บริษัท สุพรีมโปรดักส์ จำกัด

ราคาต่อหน่วย ๑๘,๐๐๐.-บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวสมพิศ เจริญสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

๕.๒นางอภิญญา พลอาษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

๕.๓ นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสมพิศ เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอภิญญา พลอาษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาถ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดส่องตรวจหู**

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นอุปกรณ์สำหรับส่องตรวจหู
๒. คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. หลอดไฟสำหรับหัวตรวจเป็นแบบ ฮาโลเจน ๒.๕ โวลต์
 ๒. ใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) ๒ ก้อน
 ๓. บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
 ๑. ให้ความสว่างระบบ Fiber Optic ไม่ร้อนบริเวณที่ส่องตรวจ
 ๒. มี Ejector สำหรับถอด specula
 ๓. เลนส์กระจก คุณภาพสูง ลดการสะท้อน กำลังขยาย ๓ เท่าเป็นแบบหมุนไว้ด้านข้างได้ ๒ ทาง โดยไม่ต้องถอดออกเพื่อใส่เลนส์สำหรับทำหัตถการ ซึ่งมีมาในชุด, เลนส์สำหรับทำหัตถการกำลังขยาย ๔ เท่า
 ๔. ด้านข้างมีรูสำหรับใส่ลูกยางบีบลม เพื่อทำ Pneumatic Test (ลูกยางบีบลม)
 ๕. ด้ามถือ (Handle) ทำด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิม, ที่เปิด-ปิด เป็นแบบ Rhestat Control) ซึ่งสามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามต้องการ
๔. อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
 - ๔.๑ หัวตรวจหู พร้อมเลนส์หมุนได้ จำนวน ๑ อัน
 - ๔.๒ เลนส์สำหรับทำหัตถการ จำนวน ๑ อัน
 - ๔.๓ ด้ามถือ จำนวน ๑ อัน
 - ๔.๔ หลอดไฟสำรอง จำนวน ๑ หลอด
๕. Reusable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒,๓,๔,๕, มม. อย่างละ ๑ อัน
- Disposable ear specula ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒,๔ มม. อย่างละ ๓ อัน บรรจุในหลอด
๖. กล่องพลาสติกบรรจุอุปกรณ์

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสมพิศ เจริญสุข)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอภิญญา พลอาษา)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)
กรรมการ