


ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ /จำนวน 1 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑
เป็นเงิน 75,000.- บาท ราคา/ จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 75,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
 1. บริษัท ไทม์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด ราคาต่อหน่วย 75,000.- บาท
 2. บริษัท แอนทันเมดิคอลเอนซ์ จำกัด ราคาต่อหน่วย 75,000.- บาท
 3. บริษัท ทิพย์รัตน์ชัยพลาย จำกัด ราคาต่อหน่วย 79,500.- บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


1. นางบังอร ล้อมไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3. นางสาวเข็มมาลา ไชยสงคราม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางบังอร ล้อมไธสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสมพิศ เจริญสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวเข็มมาลา ไชยสงคราม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**คุณลักษณะ
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์**

1. ลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมทั้งมีตัวเลขแสดงอัตราการเต้นของหัวใจทารก
- 1.2 เป็นเครื่องขนาดเล็ก กระทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และใช้งาน
- 1.3 ทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 สามารถฟังเสียงเครื่องหัวใจเด็กในครรภ์ โดยสามารถปรับความดังของเสียงได้
- 2.2 มีจอภาพเพื่อแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 60 ถึง 199 ครั้งต่อนาที
- 2.3 สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจเด็กในครรภ์ (ค่าเฉลี่ย) เป็นตัวเลขที่ด้านหน้าของเครื่อง
- 2.4 สามารถใช้กับหัวตรวจฟังความถี่ขนาด 2 MHz หรือ 3 MHz
- 2.5 มี Ultrasound Intensity (IsATA)
ที่ 2 เมกะเฮิรตซ์: 0.9 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร หรือ
ที่ 3 เมกะเฮิรตซ์: 4.3 มิลลิวัตต์ / ตารางเซนติเมตร
- 2.6 มีสัญลักษณ์เตือนปรากฏบนจอ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และต้องการชาร์จประจุเข้าไปใหม่
- 2.7 มีระบบ Squelch เพื่อลดเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- 2.8 แบตเตอรี่เป็นแบบ 12 V NIMH ใช้เวลาชาร์จนาน 14 ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องใช้งานได้ 75 นาที
- 2.9 ตัวเครื่องมี 2 ลำโพง มีความต้านทานลำโพงละ 8 โอห์ม มีกำลังเสียงของเครื่องประมาณ 1 วัตต์

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|------------------------|--------------|
| 3.1 Probe | จำนวน 1 หัว |
| 3.2 Earphone | จำนวน 1 อัน |
| 3.3 Ultrasound Gel | จำนวน 1 หลอด |
| 3.4 Rechargeable Stand | จำนวน 1 อัน |
| 3.5 คู่มือการใช้งาน | จำนวน 1 เล่ม |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางบังอร ล้อมไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมพิศ เจริญสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเข็มมาลา ไชยสงคราม)