

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โคมไฟฟ้าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ลักซ์ /จำนวน 1 เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑
เป็นเงิน 280,000.- บาท . ราคา/ จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 280,000.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
 1. บริษัท ไฮเทคเมคคอสจำกัด ราคาต่อหน่วย 280,000.- บาท
 2. บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด ราคาต่อหน่วย 300,000.- บาท
 3. บริษัท เชียงใหม่เมคคอสซิสเต็มส์ จำกัด ราคาต่อหน่วย 320,000.- บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. นางบังอร ล้อมไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางทองสุข กงพะลี	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	กรรมการ
3. นางพัชรกร จันทะนันท์	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบังอร ล้อมไธสง)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองสุข กงพะลี)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรกร จันทะนันท์)
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

คุณลักษณะ

โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ลักซ์

1. ความต้องการ โคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับงานศัลยกรรม งานส่องตรวจ
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นโคมไฟผ่าตัด ชนิดหลอด LED แขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว
 - 3.2 ใช้กระแสไฟ 100-240V AC, 50/60 Hz
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1 โคมไฟเป็นหลอด HD-LED เทคโนโลยีรุ่นล่าสุด ที่มีระบบสะท้อนแสงในแต่ละหลอดให้แสงสีขาว
 - 4.2 หัวโคมไฟรูปทรงกลมออกแบบให้เป็นระบบปิด (Closed Design) จัดทำได้สะดวก เบาแรง
 - 4.3 ได้มาตรฐาน IP54 ป้องกันฝุ่นละอองและความชื้น สะดวกในการทำความสะดวก
 - 4.4 แหล่งกำเนิดแสงชนิด LED จำนวนไม่เกิน 13 หลอด
 - 4.5 ให้ความเข้มของกำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ ที่ระยะห่าง 1 เมตร
 - 4.6 ใช้พลังงานไม่เกิน 25 วัตต์
 - 4.7 มี Shadow Control ลดการเกิดเงา ไม่มีความร้อนและปลอดภัย INFRARED
 - 4.8 มีระบบ Auto On โดยกดที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนแผงควบคุมที่หัวโคม
 - 4.9 สามารถปรับขนาดพื้นที่ส่องสว่าง (Light field/Focus) ได้ไม่น้อยกว่า 18-25 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งบนหัวโคม
 - 4.10 มีระยะความชัดลึกในการใช้งาน (L1+L2) ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
 - 4.11 ปรับอุณหภูมิของสี (Color Temperature) ได้ไม่น้อยกว่า 3,000-5,000 K
 - 4.12 ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ที่ Ra ไม่น้อยกว่า 95 และมีค่า R9 ไม่น้อยกว่า 95
 - 4.13 มีอายุการใช้งานหลอดไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
 - 4.14 โคมไฟสามารถปรับ สูง-ต่ำ, ก้ม-เงย และเอียงซ้าย-ขวาได้
 - 4.15 มีแผงควบคุมอยู่ด้านบนหัวโคมประกอบด้วยสวิตช์ปิด-เปิด, ปรับลด/เพิ่มความสว่างและปรับลด/เพิ่มอุณหภูมิสี
 - 4.16 มีด้ามจับชนิดถอดออกนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางบังอร ล้อมโรจน) (นางทองสุข กองพะสิทธิ์) (นางพัชรากร จันทะนันท์)

5. อุปกรณ์ประกอบโคม

5.1. ด้ามจับชนิดถอดออกนำไปนั่งฆ่าเชื้อโรคได้

2 อัน

6. เงื่อนไขเฉพาะ:

6.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

6.2 ผู้ขายต้องแสดงใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตจากเครื่องมือ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางบังอร ล้อมโรสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองสุข กงพะลิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรกร จันทะนันท์)