

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หัวข้อ : ประกาศรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม ซี
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ ประกาศรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้าง

ติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกองเหรียญ ไซตพงศ์ภูวดล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุไรวัลย์ บุราณมย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓๗๙๑๕๗๔
ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒/พิเศษ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม
ชั้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

บัดนี้ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปขออนุมัตินำประกาศการกำหนดคุณลักษณะและราคา
กลางจ้างติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม ชั้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางกองเหรียญ โชติพงศ์ภูวดล)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายพิทักษ์ สาแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายกำพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

คุณลักษณะและราคากลาง

รายการติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตามสำหรับรถเข็นอาหารและรถเข็นอุปกรณ์การแพทย์

ติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดินตาม คุณลักษณะดังนี้

๑. ติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๔V , ๓๕๐ W.
๒. ติดตั้งชุดควบคุมขนาด ๓๖ V, ๓๕๐ W. ๑ ชุด
๓. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V. ๙.๕ Ah จำนวน ๓ ก้อน
๔. มีสวิตช์เปิด-ปิด, สวิตช์เดินหน้า-ถอยหลัง
๕. ใช้จุกชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๓๖ V.
๖. ใส่ชุดล้อหน้า (ล้อแม็กแบบเติมลม) ขนาด ๑๒ นิ้ว ๒ ล้อ
๗. ใส่ชุดล้อหลังเป็นหมุนรอบขนาด ๘ นิ้ว , ๒ ล้อ
๘. เป็นระบบขับเคลื่อนแบบสายพานร่อนฟันปลา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ


(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)


กรรมการ


(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(นายวิโรจน์ ขวัญมา)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เครื่อง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆ
ภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. จ้างติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเดินตาม จำนวน ๓ คัน ราคากลางเครื่องละ ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
ราคากลาง ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๑. ร้านโชคทวีคาร์เซเตอร์ จำนวน ๓ คัน ราคาคันละ ๖๘,๐๐๐.๐๐บาท เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ร้านเอ็นที ซัพพอร์ท จำนวน ๓ คัน ราคาคันละ ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ร้านรุ่งเรืองเซอร์วิส จำนวน ๓ คัน ราคาคันละ ๘๕,๐๐๐.๐๐บาท เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางจริยา ฐิตะฐาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นายวิโรจน์ ขวัญมา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทัศนีย์ สีหาบุญนาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน