

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพศภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ หมวดเวชภัณฑ์มีชีวะและครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพศภูมิพิสัย	
วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินร้อยละ ๗๐ ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง ขอส่งเอกสารดังกล่าว นำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์	
รายละเอียดข้อมูล : ประกาศเผยแพร่รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบ อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด (Infant Incubator) จำนวน ๑ รายการ งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงินร้อยละ ๗๐ ระดับเขต จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ โครงการ (ตามเอกสารที่ แนบ) จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวนำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
เอกสารแนบ จำนวน ๒ ชุด	
Link ภายนอก : -	
หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางอภิญญา พลอาษา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพศภูมิพิสัย วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณรัมย์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕	

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินเงินบำรุงที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๑ รายการ
ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ในส่วนงบประมาณร้อยละ ๗๐ ระดับหน่วยบริการ จังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลศุภชัยภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง


- ๔.๑ ราคากลางของสำนักงานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
- ๔.๒ บริษัท เอ.เอส.ที.เมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
- ๔.๓ บริษัท ซี เอ็น เอส เมดิคอลจำกัด
- ๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์จี เมดิคอล

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๕.๑ นางสาววันทนี ทองนาค | ตำแหน่ง | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางอภิญญา ชาญศิริ | ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.๓ นางกาญจนา ดีเมืองชัย | ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นางสาววันทนี ทองนาค)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอภิญญา ชาญศิริ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกาญจนา ดีเมืองชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะ
ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิด
(Infant Incubator)
โรงพยาบาลพญาคมพูนพิสัย

๑. ความต้องการ

เป็นตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิภายในกระโจมและสามารถควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๒.๑ ใช้กับทารกน้ำหนักตัวน้อย ทารกคลอดก่อนกำหนด หรือทารกที่ป่วยหนัก เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพิ่มขึ้นและเป็นการแยกทารกให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้เพียงพอ เพื่อการฟื้นฟู

๒.๒ ใช้ในหน่วยงานบำบัดภาวะวิกฤติทารกแรกเกิด

๒.๓ สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Air Control และ Baby Control

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๓๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ๑,๓๐๐VA

๓.๒ กระโจมฝาครอบเป็นวัสดุใส มองเห็นทารกที่อยู่ภายในได้ชัดเจนและมีช่องหน้าต่างปิด-เปิดได้

๓.๓ ฐานวางกระโจมทำด้วยโลหะพ่นสี มีกันชนโดยรอบ มีหน้าจอแสดงสถานะและใช้ควบคุมการทำงาน

๓.๔ ด้านล่างของฐานวางกระโจมมีล้อขับเคลื่อน

๓.๕ ตัวตู้อบเด็กตั้งอยู่บนเสาและมีล้อ ๔ ล้อเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกพร้อมมีที่ล็อคล้อได้ไม่น้อย กว่า ๒ ล้อ

๓.๖ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

๓.๗ สามารถตั้งอุณหภูมิได้มากกว่า ๓๗ องศาเซลเซียส ด้วยการตั้งค่า Function

๓.๘ มีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ดี โดยมี Outlet ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง

๓.๙ มีถาดใส่ (X-ray-cassette tray) ซึ่งวางอยู่ใต้เบาะรองนอนเด็ก

๓.๑๐ สามารถปรับระดับเบาะรองนอนเด็กให้เอียงได้และปรับความสูงได้ แบบไฟฟ้า

๓.๑๑ มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

๓.๑๒ มีระดับเสียงรบกวนต่ำ

๓.๑๓ มีช่องต่อ RS-๒๓๒ สำหรับโอนถ่ายข้อมูลต่าง ๆ

๓.๑๔ ได้มาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ และ CE เป็นอย่างน้อย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาววันทนี ทองนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอภิญญา ชาญศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางกาญจนา ดีเมืองซ้าย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๑ ภาคแสดงผล


- ๔.๑.๑ หน้าจอหลัก แบบจอสีแบบสัมผัสขนาด ๑๒ นิ้ว ติดตั้งอยู่บนเสา สามารถปรับหมุนได้
- ๔.๑.๒ หน้าจอรอง แบบจอสีขนาด ๕.๖ นิ้ว ติดตั้งอยู่บนฐานที่วางกระโถม ทำมุมเฉียงในระดับสายตา
- ๔.๑.๓ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เช่น ค่าอุณหภูมิได้
- ๔.๑.๔ หน้าจอแสดง วันที่, เวลา, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิที่ผิว T๑ และ T๒, อุณหภูมิที่ตั้ง, ค่าความชื้น, ค่าออกซิเจน ได้พร้อมกัน โดยแสดงเป็นตัวเลข Digital
- ๔.๑.๕ สามารถแสดงกราฟ Trend ของอุณหภูมิได้บนหน้าจอเดียวกัน
- ๔.๑.๖ มีไฟแสงสถานะ การใช้งานด้วย AC Power
- ๔.๑.๗ มีไฟสัญญาณแสดงระดับความร้อนอยู่ที่ชุดแผงควบคุมอุณหภูมิ (Heater Output) เพื่อบอกความพร้อมในการทำงานของตู้อบเด็กได้
- ๔.๑.๘ สามารถแสดงได้หลายภาษา

๔.๒ ภาคการควบคุม

- ๔.๒.๑ มีปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง อยู่ด้านใต้จอแสดงผล
- ๔.๒.๒ ควบคุมค่าต่าง ๆ ผ่านหน้าจอรระบบสัมผัส
- ๔.๒.๓ มีปุ่มปิดเสียงเมื่อมีสัญญาณเตือน
- ๔.๒.๔ สามารถเลือกตั้งค่า อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิที่ผิว, ความชื้น, และออกซิเจนได้


๔.๓ ภาคระบบการทำงาน

- ๔.๓.๑ มีระบบ Self-Check ตรวจระบบให้พร้อมใช้งาน หลังการเปิดเครื่อง
- ๔.๓.๒ กระโถมฝาครอบตู้อบเด็กเป็นวัสดุใสและสามารถเปิดประตูตู้อบเด็กให้เข้า- ออกไปมาได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้มือจับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน
- ๔.๓.๓ ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Micro-Computer ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบเด็กและอุณหภูมิของทารกได้ตามต้องการ
- ๔.๓.๔ ระบบควบคุมแบบ Servo Control System แสดงระดับความชื้นและความเข้มข้นของออกซิเจน
- ๔.๓.๕ มีระบบการหมุนเวียนอากาศตลอดเวลาได้ดี โดยมี Outlet ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง
- ๔.๓.๖ มีภาคใส่เบาะรองนอนเด็กสามารถปรับระดับให้เอียงสูง-ต่ำได้ไม่น้อยกว่า ± 12 องศา
- ๔.๓.๗ สามารถปรับความสูงของตู้อบเด็กได้ด้วยแท่นเหยียบ ขึ้น/ลง ด้านล่างของตัวเครื่อง
- ๔.๓.๘ มีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๔.๐ - ๓๗.๐ องศาเซลเซียส และปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (Override Mode) ได้ตั้งแต่ ๓๗.๐ - ๓๘.๐ องศาเซลเซียส โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 0.2 องศาเซลเซียส

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นางสาววันทนีย์ ทองนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอภิญญา ชาญศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกาญจนา ตีเมืองซ้าย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๔.๗ ตัวตู้บดเด็กตั้งอยู่บนเสาซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบ VHA Stand และมีล้อ ๔ ล้อเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก พร้อมมีที่ล็อคล้อได้ไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ
- ๔.๔.๘ สามารถปรับที่นอนให้เอียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๔.๙ มีกล้องใส่น้ำเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้บดเด็กได้ โดยมีลักษณะเป็นลิ้นชักใช้งานง่าย
- ๔.๔.๑๐ สามารถต่อเครื่องปรี้นผ่าน RS๒๓๒ เพื่อบันทึกค่าย้อนหลังได้ เช่น ค่าอุณหภูมิ และค่าแรงดัน
- ๔.๔.๑๑ น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๘๕ กิโลกรัม
- ๔.๕ ภาควิชาการเตือน
- ๔.๕.๑ เมื่อระบบควบคุมการทำงานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Power Failure)
- ๔.๕.๒ เมื่อระบบการหมุนเวียนของอากาศในตู้บดเด็กขัดข้อง (Motor)
- ๔.๕.๓ เมื่อมีสัญญาณเตือนเซนเซอร์ขัดข้อง (Sensor)
- ๔.๕.๔ เมื่ออุณหภูมิเกิดความคลาดเคลื่อน (Temperature Deviation)
- ๔.๕.๕ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Over-Temperature)
- ๔.๕.๖ เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของกล่องเซนเซอร์ (Sensor Box Position)
- ๔.๕.๗ เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของแทงค์ (Tank Position)
- ๔.๕.๘ เมื่อมีการขาดน้ำ (Water Shortage)
- ๔.๕.๙ เมื่อระบบควบคุมการทำงานภายในตู้บดเด็กขัดข้อง (System)
- ๔.๕.๑๐ และอื่น ๆ
๕. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
- ๕.๑ สายวัดอุณหภูมิผิวหนังเด็ก (Skin Temperature Probe) จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒ แผ่นกรองอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ ฝ้ายางสำหรับปิดช่องหน้าต่างตู้บดเด็ก (Access Port Cover) จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๔ ชุดควบคุมเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจน จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๕ เสาน้ำเกลือและชั้นวางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นางสาววันนีย์ ทองนาค)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอภิญญา ชาญศิริ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกาญจนา ตีเมืองชัย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๓.๙ มีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติภายในตู้อบเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิ
ได้ตั้งแต่ ๒๕.๐ - ๓๗.๐ องศาเซลเซียส และปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (Override Mode)
ได้ตั้งแต่ ๓๗.๐ - ๓๙.๐ องศาเซลเซียส
- ๔.๓.๑๐ ค่าความผันผวนของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิของตู้อบกับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของตู้อบ
ภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่ ไม่มากกว่า ± 0.5 องศาเซลเซียส
- ๔.๓.๑๑ ค่าอุณหภูมิมบนเบาะรองทารกในแนวราบแตกต่างกันไม่มากกว่า ± 0.5 องศาเซลเซียส
(Uniformity)
- ๔.๓.๑๒ ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นตัวเลขอยู่ที่หน้าปัดของเครื่องได้ระหว่าง ๐ - ๙๙%
และสามารถตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วงระหว่าง ๐ - ๙๐% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่า $\pm 5\%$ (ทดสอบที่อุณหภูมิภายนอก ๒๕ องศาเซลเซียส และความชื้น ๔๕%)
- ๔.๓.๑๓ ค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนแสดงเป็นตัวเลขอยู่ที่หน้าปัดของเครื่องได้ระหว่าง
๐ - ๙๙% และสามารถตั้งค่าความเข้มข้นของออกซิเจนได้ในช่วงระหว่าง ๒๐ - ๖๐%
- ๔.๓.๑๔ มีค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่มากกว่า $\pm 2\%$
ที่ความเข้มข้นออกซิเจนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๕% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า $\pm 3\%$
ที่ความเข้มข้นออกซิเจนมากกว่า ๒๕%
- ๔.๓.๑๕ มีค่าความคลาดเคลื่อนในการควบคุมค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่มากกว่า $\pm 4\%$
- ๔.๓.๑๖ เสียงรบกวนต่ำ ไม่มากกว่า ๔๕ เดซิเบล ซึ่งไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายต่อทารกใน
ตู้อบเด็กได้
- ๔.๔ ภาคโครงสร้าง
- ๔.๔.๑ กระจาครอบเป็นวัสดุใส มองเห็นทารกที่อยู่ภายในได้ชัดเจนและมีช่องหน้าต่างปิด-เปิดได้ไม่
น้อยกว่า ๖ ช่อง โดยมี ๕ ช่อง เป็นประตู และอีก ๑ ช่อง เป็นแบบหมุนเปิด/ปิด เพื่อความ
สะดวกในการรักษาพยาบาลเด็ก
- ๔.๔.๒ มีช่องสำหรับสอดสายน้ำเกลือหรือสายต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง
- ๔.๔.๓ ตัวกระจาเป็นแบบ Double wall
- ๔.๔.๔ ฐานวางกระจาทำด้วยโลหะพ่นสี มีกันชนโดยรอบ
- ๔.๔.๕ มี Dovetail Shape Guiderail สำหรับติดตั้งเครื่องมืออื่น ๆ
- ๔.๔.๖ ด้านล่างของฐานวางกระจา มีลิ้นชักเปิดได้ ๒ ทาง อย่างน้อย ๓ ลิ้นชัก ในขนาดต่าง ๆ
ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็น

(ลงชื่อ)..... วโรจน์..... ประธานกรรมการ

(นางสาววันทนี ทองนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอภิญญา ชานศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางกาญจนา ตีเมืองชัย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง ๑ ปี และรับรองว่ามีอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากวันส่งมอบเครื่อง
- ๖.๓ ผู้เสนอราคามีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- ๖.๔ ผู้เสนอราคามีหลักฐานผู้ประกอบการนำเข้า อย่างถูกต้อง
- ๖.๕ ผู้เสนอราคามีหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้าจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง
- ๖.๖ เป็นสินค้า Original คือไม่เป็นสินค้าที่บริษัทจ้างผลิต หรือสินค้า OEM ที่จ้างโรงงานอื่นผลิตเพื่อการรับประกัน
- ๖.๗ ผู้เสนอราคามีเอกสารรับรองว่าบริษัทมีช่างที่ผ่านการอบรมและสามารถดูแลหลังการขายให้ได้จากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องทำการสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการ ตรวจเช็คสินค้าทุก ๆ ๖ เดือน ให้พร้อมในการใช้งานตลอดการรับประกัน

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นางสาววันทนีย์ ทองนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอภิญญา ชาญศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกาญจนา ตีเมืองชัย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ