

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ หมวดเวชภัณฑ์มีชียาและครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา งบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าว นำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล : ประกาศเผยแพร่รายงานผลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด งบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ (ตามเอกสารที่แนบ) จึงขอส่ง เอกสารดังกล่าวนำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ จำนวน ๒ ชุด Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางอภิญญา พลอาษา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณมัย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด งบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๔.๑ ราคากลางของสำนักงานบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
 - ๔.๒ บริษัทเจ็ท เมติคอล (ไทยแลนด์ จำกัด
 - ๔.๓ บริษัทโกลบอลเมท กรุป จำกัด
 - ๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เคิลฮิวแมนแคร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายบัณฑิต หวังสันติวงศา ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางพัชรกร จันทะนันท์ ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวจิตรา มีมา ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต หวังสันติวงศา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางพัชรกร จันทะนันท์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางสาวจิตรา มีมา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยคลอดระบบสุญญากาศ
สำหรับ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

๑. ความต้องการ เป็นเครื่องช่วยคลอดระบบสุญญากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้
๒. วัตถุประสงค์ สำหรับช่วยคลอดในกรณีมีปัญหาลอดยาก เหมาะสำหรับใช้ในห้องคลอด
ทั่วไป ให้ความนุ่มนวลและปลอดภัยสูง
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๓๐ โวลต์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์
 - ๓.๒ ได้รับมาตรฐาน CE marking, EN ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๒
 - ๓.๓ ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน มีขนาด (w×h×l)
๔๘๐×๙๐๐×๔๖๐ mm. น้ำหนัก ๒๑ กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์) มีมือจับอยู่ด้านหลังเครื่อง
ทำให้สะดวกขณะเคลื่อนย้าย
 - ๓.๔ ตัวเครื่องวางอยู่บน Mobile Stand มีล้อ ๔ ล้อ มีเบรค ๒ ล้อ มีความมั่นคงขณะเคลื่อนย้าย Mobile
Stand มีราวเป็นโลหะไม่เป็นสนิม สำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบเครื่อง
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๔.๑ ระบบปั๊มเป็นแบบ Membrane System (Diaphragm) ชนิดปั๊มคู่ (Twin Diaphragm Pump
System) ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น แรงดูดสม่ำเสมอไม่สิ้นสະเทือนจึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน
 - ๔.๒ เครื่องเดินเรียบและเสียงเงียบ มีความดังไม่เกิน ๓๙.๔ dB จึงไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน
 - ๔.๓ แรงดูดสม่ำเสมอ สามารถปรับและรักษาแรงดูดได้สูงสุด ๖๗.๕ mmHg หรือ ๙๐ kPa
 - ๔.๔ มีมาตรวัดอ่านค่าแรงดูด (Vacuum Gauge) อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องมี Scale ที่อ่านได้ชัดเจน
หน้าปัทมมาตรวัดมีการแยกสีให้ต่างกันชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการปรับแรงดูดของผู้ใช้เครื่อง
 - ๔.๕ อัตราแรงดูด ๔๓ ลิตร/นาที มีปุ่มปรับแรงดูด ที่ปรับได้สะดวกขณะใช้งาน
 - ๔.๖ มี Switch เปิด-ปิด เป็นสัญญาณไฟควบคุมการทำงานอยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่อง
โดยขณะเครื่องทำงานมีสัญญาณไฟแสดงให้ทราบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต หวังสันติวงศา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัชรภกร จันทะนันท์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจิตรา มีมา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

- ๔.๗ มีระบบป้องกันของเหลวล้นเข้าเครื่อง ถึง ๓ ขั้นตอน เพื่อป้องกันการทำงานของปั๊ม
- ๔.๘ มีขวดแก้วกันล้นขนาด ๒๐๕ ซีซี ติดอยู่ด้านข้างของเครื่อง พร้อมลูกลอยกันล้นที่ขวด
- ๔.๙ ขวดบรรจุของเหลว (Suction Bottle) ขนาด ๒,๐๐๐ ซีซี เป็นวัสดุใสแข็งแรงชนิดตกไม่แตก ทำจาก Polycarbonate มีขีดบอกระดับ (Graduated) ล้างทำความสะอาดง่าย สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วย Autoclave ได้
- ๔.๑๐ ฝาขวดมีลักษณะเปิด-ปิดแบบดันเข้าและดึงออก (Press-on cover) เพื่อง่ายต่อการเปิด-ปิด โดยมีซิลิโคนซีลรอบฝาและสามารถถอดทำความสะอาดได้ ได้ฝาขวดมีลิ้นบังคับของเหลวให้ไหลไปด้านข้างของขวดเพื่อป้องกันการเกิดละอองเข้าเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้และมีลูกลอยกันล้นเพื่อป้องกันของเหลวเข้าเครื่อง
- ๔.๑๑ มีหัวดูดทำคลอสดแบบซิลิโคน พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสามารถทำการนึ่งอบไอน้ำเพื่อฆ่าเชื้อได้ ณ อุณหภูมิ ๑๒๑ องศาเซลเซียส
๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- ๕.๑ ขวดบรรจุของเหลว ขนาด ๒ ลิตร จำนวน ๑ ใบ
- ๕.๒ ฝาขวดพร้อมลูกลอยกันล้น จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ ที่แขวนขวดบรรจุเหลว จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๔ คัพเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๕ สายดูดของเหลวต่อจาก Safety Bottle กับขวด Suction จำนวน ๑ เส้น
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
- ๖.๑ มีคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของครบ
- ๖.๓ มีใบรับรองว่ามีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๔ ผลิตภัณฑ์ของ CHEIRON ประเทศ CZECH REPUBLIC (ยุโรป)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต หวังสันติวงศา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัชรภร จันทะนันท์)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจิตรา มีมา)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ