

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุหมวดเวชภัณฑ์มีไชยา วัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ และราคากลาง นำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล : : ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ และราคากลาง งบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตัดเนื้ออก จำนวน ๑ เครื่อง จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวนำรายละเอียดข้อมูลขึ้นประกาศเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ ฉบับ ราคากลาง จำนวน ๒ ฉบับ Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางอภิญญา พลอาษา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณมย์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดเลื่อยตัดเนื้อพร้อมเครื่องดูดฝุ่น
สำหรับโรงพยาบาลพญาคมภูมิจังหวัด

๑. ความต้องการ ตัดเนื้อพร้อมดูดฝุ่น
๒. วัตถุประสงค์ เป็นเลื่อยตัดเนื้อไฟฟ้าทำงานควบคู่กับเครื่องดูดฝุ่น เพื่อตัดเนื้อพร้อมกับกักเก็บฝุ่นในอากาศ
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑. เครื่องมือเลื่อยตัดเนื้อไฟฟ้า ซึ่งสามารถตัดเนื้อได้ทั้งเนื้อป่นและเนื้อพลาสติกทุกชนิด
 - ๓.๒. เครื่องมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักพอเหมาะสะดวกในการถือใช้งาน หรือเคลื่อนย้าย
 - ๓.๓. มีมาตรฐานความปลอดภัยสากล
 - ๓.๔. สะดวกในการเปลี่ยนใบมีดด้วยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ เครื่องตัดเนื้อพร้อมใบมีด ๒ ใบ
 - ตัวเครื่องใช้งานง่ายด้วยมือเดียว ขนาดกะทัดรัด
 - สามารถควบคุมสวิตช์เซ็นเซอร์ได้ง่าย โดยการสัมผัสเพียงแค่นิ้วเดียว
 - ตัวเครื่องมีกำลังไฟ ๑๘๐ วัตต์ ความยาวตัวเครื่อง ๒๕๕ มิลลิเมตร
 - ตัวเครื่องมีน้ำหนัก ๘๙๐ กรัม
 - สามารถปรับความเร็วรอบของการหมุนมอเตอร์ได้สูงสุด ๑๔,๕๐๐ รอบต่อนาที
 - มีระดับเสียงเพียง ๖๓ เดซิเบล
 - ความยาวของสายไฟ สามารถใช้งานได้ถึง ๓.๑๐ เมตร
 - ความยาวของสายเคเบิล ๒๔ VDC สามารถใช้งานได้ถึง ๓ เมตร
 - สามารถเปลี่ยนใบมีดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
 - ใบเลื่อยมีทั้งแบบกลม ขนาด ๕๐, ๖๕ มิลลิเมตร และแบบใบพัด ๕๐, ๖๕, ๗๗ มิลลิเมตร
 - ๔.๒ เครื่องดูดฝุ่น
 - ถังดูดฝุ่นทำด้วยโลหะปลอดสนิม และมีล้อเลื่อน ๔ ล้อ ภายในประกอบด้วยตัวกรอง ๔ ชั้น
 - ชั้นที่ ๑ แผ่นกรองมาตรฐานของ HEPA
 - ชั้นที่ ๒ แผ่นกรองมาตรฐานของ HEPA
 - ชั้นที่ ๓ ตัวกรองโพลีเอสเตอร์
 - ชั้นที่ ๔ ถุงเก็บฝุ่น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสุดใจ บุปผาหาเต)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอุมาพร คาสมบัติ) (นางสาวสุขจี หาได้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- กำลังไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์/๕๐-๖๐ เฮิร์ต พร้อมสายดินป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
- เป็นระบบ Vacuum Cleaner HEPA Filter ๙๙.๙๗% กรองอนุภาคได้ถึง ๐.๓ Micron
- มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นใช้กำลังไฟฟ้า ๓๐๐-๑,๐๐๐ วัตต์ ให้พลังงานต่อเนื่อง ๑,๐๐๐ วัตต์
- ระดับเสียงขณะทำงาน ๖๐-๗๐ เดซิเบล
- ถังมีความจุ ๒๐ ลิตร

๔.๓ อุปกรณ์ลือคใบเลื่อย

- อุปกรณ์ลือคใบเลื่อยตามแกนหมุนที่มีรอกบนาก เพื่อให้ใบเลื่อยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ ถังเก็บฝุ่น

๔.๕ ตัวกรองโพลีเอสเตอร์

๔.๖ ฝาครอบสูญญากาศสำหรับตัวเครื่องตัดเมือก

๕. อุปกรณ์ประกอบด้วย

๕.๑ ตัวเครื่องเลื่อยตัดเมือกจำนวน ๑ ชิ้น พร้อมใบมีด จำนวน ๒ ชิ้น

๕.๒ เครื่องดูดฝุ่นจำนวน ๑ ชิ้น

๕.๓ อุปกรณ์ลือคใบเลื่อย

๕.๔ ถังเก็บฝุ่น

๕.๕ ตัวกรองโพลีเอสเตอร์

๕.๖ ฝาครอบสูญญากาศสำหรับตัวเครื่องตัดเมือก

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
- ผู้ขาย รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี (**ข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการผลิต**)
- กรณีตัวกรองโพลีเอสเตอร์และถังเก็บฝุ่น เกินจำนวนที่บริษัทกำหนดทางโรงพยาบาลจะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมกับทางบริษัท
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวีเดน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสุดใจ บุบผาหาเต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอุมาพร คาสมบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวสุขจี หาได้)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดเมือก

งบเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลพืชมงคลพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เป็นจำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บริษัท บางกอก เอไอ โปรดักส์ จำกัด

๔.๒ บริษัท ใจแอนท์ เมค จำกัด

๔.๓ บริษัท ดีเบส เทค จำกัด

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายทศพร ยักรแสง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางอุมาพร คาสมบัติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางสาวสุชวจิ หาได้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสุดใจ บุบผาทาเต)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอุมาพร คาสมบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุชวจิ หาได้)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ