

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ชื่อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ชื่อเวชภัณฑ์มิใช่
ยา ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางอภิญญา พลอาษา)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุไรวัลย์ อุดมเดช)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)
โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. **ความเป็นมา** โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัยมีจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการกระดูกและข้อ จำนวนเพิ่มมากขึ้นปัญหาข้อเข่าและสะโพกเสื่อมจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินและ เคลื่อนไหวได้ปกติ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอุปกรณ์การแพทย์ มีคุณภาพและปลอดภัยสูงต่อผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ด้านการรักษาของโรงพยาบาล ลดการส่งต่อ ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด
๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อบริการผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกเข่าและสะโพกเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ด้านการรักษาของโรงพยาบาล ลดการส่งต่อ ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด
๓. **คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**
 - ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 - ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 - ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารถีกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อสะโพกเทียมแบบมีเขี้ยวชนิดก้านสั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Short Stem Cementless Total Hip Arthroplasty (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๓๖๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๓๖๕ วันโดยส่งมอบเป็นงวดๆตามความต้องการของโรงพยาบาล

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ วงเงิน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ เงิน ๒,๔๘๓,๔๘๘ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพัน สี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จำนวน ๒ รายการ

รายการที่ ๑. ชุดข้อเข่าชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (total knee arthroplasty) จำนวน ๔๒ ชุด ชุดละ ๔๘,๔๖๔ บาท งบประมาณ ๒,๐๓๕,๔๘๘ บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

รายการที่ ๒. ชุดข้อสะโพกเทียม (total Hip Replacement) จำนวน ๘ ชุด ชุดละ ๕๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ที่

สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลพัยคณภูมิพิสัย ๖๙๓ หมู่ ๓ ต.ปะหลาน อำเภอพัยคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐ โทร ๐๔๓-๗๙๑๓๘๑ ต่อ ๒๒๐ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๑๕๑๑

เว็บไซต์ www.passadu.pkk๒๐๒๔@moph.go.th

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทศพร อัครแสง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวลลิตา กมลวิบูลย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภานุพงศ์ จวงสมุทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อเข้าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing)
สำหรับ โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อเข้าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing)
เป็นอุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดโรคให้กับผู้ป่วย ข้อเข้าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วน
รับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing)

ความต้องการ ข้อเข้าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การผ่าตัดในผู้ป่วยที่เสื่อมสภาพในกรณีที่มีพยาธิสภาพของข้อเข้า คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ข้อเข้าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้หนึ่งชุด ประกอบด้วย

๑. ข้อเข้าส่วนต้นขา FEMORAL COMPONENT

๑.๑ วัสดุทำจาก COBALT CHROMIUM ALLOY เป็นแบบ Multi Radius

๑.๒ มีการแยกข้างซ้าย-ข้างขวา ออกจากกัน

๑.๓ มีขนาดให้เลือกตามแนว A/P อย่างน้อย ๘ ขนาด และมี ๕ ขนาดที่มี ๑ A/P และมี ๒ M/L ให้
เลือกเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาความไม่สัมพันธ์
กันตามแนว M/L และ A/P ของกระดูกส่วนฟีเมอร์

๒. งานรองผิวข้อเทียม TIBIAL COMPONENT

๒.๑ วัสดุทำจาก COBALT CHROMIUM ALLOY

๒.๒ มีขนาดให้เลือกตามแนว M/L อย่างน้อย ๖ ขนาด มี ๕ ขนาดที่มี ๑ M/L และมี ๒ A/P ให้เลือก
เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาความไม่สัมพันธ์กัน
ตามแนว M/L และ A/P ของกระดูกส่วนทิเบีย

๒.๓ มีอุปกรณ์เสริม Obturator Screw และสามารถต่อ STEM EXTENSION ได้ในกรณีที่ต้องการ

๒.๔ PROXIMAL SURFACE ของ Tibial มีรูสำหรับใส่ screw ต่อกับ MENISCAL COMPONENT

๒.๕ ต้องมีระบบ Lock ระหว่าง Tibial Component และ Meniscal Component ทั้งแบบ FOUR
POINT LOCKING MECHANISM และการใช้ Screw เพื่อให้เกิดระบบล็อกสองชั้น (Secondary
lock) ซึ่งจะช่วยลดการเกิด Backside Wear

๓. MENISCAL COMPONENT

๓.๑ วัสดุทำจาก UHMWPE (Ultra High Molecular weight Polyethylene)

๓.๒ มีความหนาให้เลือกอย่างน้อย ๖ ขนาดตั้งแต่ ๑๐ มม. ถึง ๒๐ มม. เพิ่มขึ้นขนาดละ ๒ มม.
ก้านมีเลือกแบบมาตรฐาน และมีเพิ่มความกว้างในแนว ML

๓.๓ ในทุกความหนามี screw และรูสำหรับใส่ screw เพื่อให้สามารถยึดกับส่วน Tibial component

และทำให้เกิดระบบล็อกสองชั้น (Secondary Lock)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทศพร อัครแสง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวลลิตา กมลวิบูลย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภานุพงศ์ จวงสมุทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อเข้าเทียมแบบใช้สกรูยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing)
สำหรับ โรงพยาบาลศุภเวช โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

๔. PATTELLA COMPONENT

- ๔.๑ ทำจาก UHMWPE
- ๔.๒ มีโลหะฝังอยู่เพื่อบอกตำแหน่งหลังการใช้
- ๔.๓ มี ๓ ขา สำหรับยึดติดกับกระดูกด้วยสกรูยึดกระดูก
- ๔.๔ มีให้เลือกอย่างน้อย ๓ ขนาด

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมันนีหรือเทียบเท่า (ใบรับรอง ISO, ด้านการผลิตหรือ CE MARKED หรือ ASTM)
๒. เมื่อได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากพบมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง ทางบริษัทต้องยอมให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้
๓. ผู้เสนอราคาต้องให้ยืมเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด Power Drill, Cement Gun, Disposable Syringe พร้อม Battery และรับผิดชอบในการขนส่งมาใช้ในโรงพยาบาล
๔. ถ้าเกิดมีการชำรุดของเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดในข้อ ๓ ซึ่งเกิดจากการขนส่ง หรือจากเหตุสุดวิสัยขณะทำการผ่าตัด ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายทศพร อัครแสง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวลลิตา กมลวิบูลย์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายภานุพงศ์ จวงสมุทร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยข้อสะโพกเทียมแบบมีเข่าชนิดก้านสั้น
ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Short Stem Cementless Total Hip Arthroplasty)

สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

๑. ความต้องการข้อสะโพกเทียมแบบมีเข่าชนิดก้านสั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก
๒. วัตถุประสงค์
 - ๒.๑ ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในผู้ป่วยอายุน้อย และมีลักษณะรูปร่างของกระดูกฟิเมอร์ส่วนต้นที่เหมาะสม
 - ๒.๒ สามารถช่วยรักษาปริมาณกระดูกฟิเมอร์ส่วนต้น เพื่อประโยชน์ในการผ่าตัดแก้ไขต่อไปเมื่อเกิดการล้มเหลวของข้อสะโพกเทียม
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ บรรจุหีบห่อแบบปลอดเชื้อ สามารถนำมาใช้ได้ทันที
 - ๓.๒ มีฉลากบรรจุวันที่ผลิตบนหีบห่อชัดเจน
๔. คุณสมบัติเฉพาะข้อสะโพกเทียมหนึ่งชุดประกอบด้วย
 ๑. Femoral stem ๑ ชิ้น
 - ๑.๑ ทำจากโลหะ Titanium forced alloy (Ti6Al4V)
 - ๑.๒ ผิวบริเวณที่ให้ Bone ingrowth ทำจาก Pure titanium surface with ๒๐µm coating dicalcium phosphate dihydrate (CaHPO₄ x ๒H₂O)
 - ๑.๓ มีขนาดให้เลือกอย่างน้อย ๘ ขนาด
 - ๑.๔ มี cone เป็นแบบ ๑๒/๑๔ มีมุม CCD angle ให้เลือก ๓ แบบตั้งแต่ ๑๒๐°, ๑๓๐°, ๑๓๕°
 ๒. Acetabular cup ๑ ชิ้น
 - ๒.๑ ทำจากโลหะ Titanium forced alloy (Ti6Al4V)
 - ๒.๒ ผิวทำจาก Pure titanium
 - ๒.๓ ระบบ Lock เป็นแบบ Conical locking mechanism สามารถใส่ Liner ได้ทั้งแบบ UHMWPE และแบบ Aluminum oxide matrix ceramic
 - ๒.๔ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ ๔๐ - ๗๐ มม.
 ๓. Acetabular liner ๑ ชิ้น
 - ๓.๑ ทำจาก Highly Crosslink Polyethylene Stabilized with Vitamin E ไม่มีขอบ (Symmetrical)
 - ๓.๒ ทำจาก Highly Crosslink Polyethylene Stabilized with Vitamin E มีขอบยกขึ้นด้านหนึ่ง (Asymmetrical)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทศพร อัครแสง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวลลิตา กมลวิบูลย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภานุพงศ์ จวงสมุทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยข้อสะโพกเทียมแบบมีเข่าชนิดก้านสั้น
ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก (Short Stem Cementless Total Hip Arthroplasty)
สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย

๔. Femoral head ๑ ชิ้น

๔.๑ ทำจากโลหะ Chromolt Chrome มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ มม., ๓๒ มม. และ ๓๖ มม.

๔.๒

มีความยาวอย่างน้อย ๕ ขนาด

๕. Screw

๕.๑ สำหรับยึด Acetabular shell กับกระดูกสะโพก ๑ ชุด (๒-๓ ตัว) เส้นผ่าศูนย์กลาง

๖.๕ มม.๕.๒ ทำจาก Titanium forced alloy มีความยาวตั้งแต่ ๒๐-๔๐ มม.

๖.

เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือสวีเดนหรือแลนด์ประเทศใดประเทศหนึ่ง (ใบรับรอง ISO, ด้านการผลิต หรือ CE.MATKED หรือ ASTM)

๖.๒ เมื่อได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากพบมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง ทางบริษัทต้องยอมให้มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้

๖.๓ บริษัทต้องให้ยืมเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดและรับผิดชอบในการขนส่งมาใช้ในโรงพยาบาล

๖.๔ ถ้าเกิดมีการชำรุดของเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด ซึ่งเกิดจากการขนส่ง หรือจากเหตุสุดวิสัยขณะทำการผ่าตัด ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ

๖.๕ หากทางบริษัทมีการเตรียมผลิตภัณฑ์ข้อสะโพกเทียมที่ได้กำหนดตามลักษณะ

ทั้งหมด หรือเครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดที่จำเป็นต้องใช้ มาไม่พร้อมหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต้องมีการเปลี่ยนแผนการผ่าตัด แม้ว่าจะได้รับการแจ้งให้มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดแล้วทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทศพร อัครแสง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวลลิตา กมลวิบูลย์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายภานุพงศ์ จวงสมุทร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๑๓๘๑
ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/พิเศษ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัตินำประกาศเผยแพร่รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ขออนุมัตินำประกาศเผยแพร่ รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้นประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอภิญญา พลอาษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางชลธิดา จินดากุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นางสาวสาธิตา ภัทรบุญพงศ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย